

Số 1178 /TM-BVPN

Đức Linh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

**Gói thầu sửa chữa, thay thế vật tư phụ kiện
và bảo dưỡng 03 máy thở của khoa Hồi sức tích cực**

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-BVPN ngày 30/12/2025 của Bệnh Đa khoa khu vực phía Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Gói thầu sửa chữa, thay thế vật tư phụ kiện và bảo dưỡng 03 máy thở của khoa Hồi sức tích cực,

Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xét chọn nhà thầu, gói thầu sửa chữa, thay thế vật tư phụ kiện và bảo dưỡng 03 máy thở của khoa Hồi sức tích cực, với các nội dung cụ thể dưới đây:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam

- Đ/c: Thôn Nam chính 8, xã Đức Linh tỉnh Lâm Đồng.

2. **Thông tin liên hệ:** Trần Cao Mười, phòng VT-TBYT, Sdt: 0363852537 hoặc Nguyễn Thị Minh Hương, phòng VT-TBYT Sdt: 0904955692.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại: *Văn thư của Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam hoặc gửi qua email của Bệnh viện: bvdkkvnbt@syt.binhthuan.gov.vn*

4. **Thời hạn tiếp nhận báo giá:** Từ ngày 31 tháng 12 năm 2025 đến trước 17h ngày 09 tháng 01 năm 2026, (Báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. **Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày ra thư mời.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: (Đính kèm phụ lục).

III. Yêu cầu đối với đơn vị cung cấp báo giá

- Gửi báo giá có đầy đủ thông tin theo yêu cầu (ký tên, đóng dấu); Có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện dịch vụ,

- Có mã định danh trong hệ thống đấu thầu Quốc gia.

Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam kính mời các đơn vị, các công ty (Nhà thầu cung cấp dịch vụ) quan tâm cho báo giá theo nội dung và số lượng nêu trên.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ CNTT BV đăng tải,
- Lưu VT, VT-TBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
ĐA KHOA
KHU VỰC
PHÍA NAM
Nguyễn Tấn Vinh

PHỤ LỤC CHI TIẾT: DỊCH VỤ, HÀNG HÓA

(Kèm theo Thư mời số 1178 /TM-BVPN ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam, gói thầu sửa chữa, thay thế vật tư phụ kiện và bảo dưỡng 03 máy thở của khoa Hồi sức tích cực.

Stt	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Dịch vụ kiểm tra, sửa chữa, thay thế vật tư linh phụ kiện và bảo dưỡng máy thở Lyra X2: - Kiểm tra tình trạng máy - Thay thế cảm biến lưu lượng - Thay mới cảm biến Oxy và cáp - Sửa chữa, vệ sinh tiếp điểm board mạch bị oxy hóa - Thực hiện bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy thở theo quy trình. - Cam kết bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật trong vòng : 6 tháng - Thay mới bộ dây thở dùng nhiều lần cho người lớn, loại 2 bể nước - Thay mới bình làm ẩm máy thở - Cung cấp 30 cái lọc khuẩn cho máy thở (Mô tả chi tiết công việc thực hiện bao gồm các mục 1.1-1.8 dưới đây)	Gói	01	
1.1	- Kiểm tra tình trạng máy	Lần	01	
1.2	- Thay thế cảm biến lưu lượng (Tương thích với máy thở Lyra X2)	Cái	02	Thay mới
1.3	- Thay mới cảm biến Oxy và cáp (Tương thích với máy thở Lyra X2)	Cái	01	Thay mới
1.4	- Sửa chữa, vệ sinh tiếp điểm board mạch bị oxy hóa	Lần	01	
1.5	- Thực hiện bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy thở theo quy trình. - Cam kết bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật trong vòng : 6 tháng	Dịch vụ	01	
1.6	Bộ dây thở dùng nhiều lần cho người lớn, loại 2 bể nước (Tương thích với máy thở Lyra X2)	Bộ	01	Thay mới



1.7	Bình làm ẩm máy thở (Tương thích với máy thở Lyra X2)	Cái	01	Thay mới
1.8	Lọc khuẩn cho máy thở (Tương thích với máy thở Lyra X2)	Cái	30	Thay mới
2	Dịch vụ kiểm tra, sửa chữa, thay thế vật tư linh phụ kiện và bảo dưỡng máy thở Siaretron 4000 : - Kiểm tra tình trạng máy - Thay mới cảm biến Oxy và cáp - Thay mới pin ắc quy - Thực hiện bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy thở theo quy trình. - Cam kết bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật trong vòng : 6 tháng - Thay mới bộ dây thở dùng nhiều lần cho người lớn, loại 2 bể nước - Thay mới bình làm ẩm máy thở - Cung cấp 40 cái lọc khuẩn cho máy thở <i>(Mô tả chi tiết công việc thực hiện bao gồm các mục 2.1-2.7 dưới đây)</i>	Gói	01	
2.1	- Kiểm tra tình trạng máy	Lần	01	
2.2	- Thay mới cảm biến Oxy và cáp (Tương thích với máy thở Siaretron 4000)	Bộ	01	Thay mới
2.3	- Thay mới pin ắc quy (Tương thích với máy thở Siaretron 4000)	Cái	01	Thay mới
2.4	- Thực hiện bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy thở theo quy trình. - Cam kết bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật trong vòng : 6 tháng	Dịch vụ	01	
2.5	Bộ dây thở dùng nhiều lần cho người lớn, loại 2 bể nước (Tương thích với máy thở Siaretron 4000)	Bộ	01	Thay mới
2.6	Bình làm ẩm máy thở (Tương thích với máy thở Siaretron 4000)	Cái	01	Thay mới
2.7	Lọc khuẩn cho máy thở (Tương thích với máy thở Siaretron 4000)	Cái	40	Thay mới
3	Dịch vụ kiểm tra, sửa chữa, thay thế vật	Gói	01	

	tư linh phụ kiện và bảo dưỡng máy thở Elisa 300 : - Kiểm tra tình trạng máy - Thay mới cảm biến Oxy và cáp - Thay mới pin ắc quy - Thực hiện bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy thở theo quy trình. - Cam kết bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật trong vòng : 6 tháng - Thay mới bộ dây thở dùng nhiều lần cho người lớn, loại 2 bể nước - Thay mới bình làm ẩm máy thở - Cung cấp 30 cái lọc khuẩn cho máy thở <i>(Mô tả chi tiết công việc thực hiện bao gồm các mục 3.1-3.8 dưới đây)</i>			
3.1	- Kiểm tra tình trạng máy	Lần	01	
3.2	- Sửa chữa/ thay thế van cân bằng Oxy (Tương thích với máy thở Elisa 300)	Cái	01	Thay mới
3.3	- Thay thế lọc khí máy thở (Tương thích với máy thở Elisa 300)	Cái	01	Thay mới
3.4	- Sửa chữa/ thay thế pin dự phòng (Tương thích với máy thở Elisa 300)	Cái	01	Thay mới
3.5	- Thực hiện bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy thở theo quy trình. - Cam kết bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật trong vòng : 6 tháng	Dịch vụ	01	
3.6	Bộ dây thở dùng nhiều lần cho người lớn, loại 2 bể nước (Tương thích với máy thở Elisa 300)	Bộ	01	Thay mới
3.7	Bình làm ẩm máy thở (Tương thích với máy thở Elisa 300)	Cái	01	Thay mới
3.8	Lọc khuẩn cho máy thở (Tương thích với máy thở Elisa 300)	Cái	30	Thay mới