

Số 321 /CV-BVPN

Đức Linh, ngày 05 tháng 8 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo trì định kỳ máy gây mê kèm thở năm 2024-2025, với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam  
- Đ/c: Xã Nam chính huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận
- Thông tin liên hệ: BS Cao Trung Trưởng khoa Gây mê hồi sức SĐT: 0918435960 hoặc CN Trần Cao Mười, phòng VT-TBYT, SĐT: 0363852537
- Cách thức tiếp nhận báo giá:  
- Nhận trực tiếp báo giá tại: (Văn thư phòng TC HC) của Bệnh viện hoặc nhận qua email bệnh viện: [bvdkkvnbtsyt.binhthuan.gov.vn](mailto:bvdkkvnbtsyt.binhthuan.gov.vn)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 05 tháng 8 năm 2024 đến trước 17h ngày 15 tháng 8 năm 2024, (Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2024.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Bảo trì định kỳ máy gây mê kèm thở, (thời gian thực hiện 12 tháng)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<b>Máy gây mê kèm thở:</b> - Model: Fabius Plus - Seri: ASHK 0083 - Hãng sản xuất: Dragerwerk - Nước sản xuất: Đức	Bảo trì định kỳ 3 tháng 1 lần (04 lần/năm)	1. Kiểm tra chung toàn bộ hệ thống máy gây mê kèm thở. 2. Kiểm tra chung toàn bộ hệ thống mạch thở. 3. Kiểm tra phần điều khiển. 4. Kiểm tra nguồn khí. 5. Kiểm tra hệ thống thải khí mê (nếu có)	01 Máy	Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện ĐKKV phía Nam	



			<p>6. Kiểm tra hệ bình bốc hơi</p> <p>7. Kiểm tra van an toàn và bộ chỉnh lưu lượng</p> <p>8. Run System test (SYSTEM DIAGNOSTICS)</p> <p>9. Calibrate Flow sensor</p> <p>10. Calibrate O2 Sensor</p> <p>11. Leak/ Compl Test</p> <p>12. Safety Relief Vavel Test</p> <p>13. Kiểm tra lại toàn bộ chức năng hoạt động của máy.</p> <p>14. Thay một số vật tư cho máy như bộ kit.</p>			
2	<p><b>Máy gây mê kèm thở:</b></p> <p>- Model: Astra 3i</p> <p>- Seri: 22006-112</p> <p>- Hãng sản xuất: OES Medical</p> <p>- Nước sản xuất: Anh</p>	<p>Bảo trì định kỳ 3 tháng 1 lần (04 lần/năm)</p>	<p>1. Kiểm tra chung toàn bộ hệ thống Máy gây mê kèm thở.</p> <p>2. Kiểm tra chung toàn bộ hệ thống mạch thở.</p> <p>3. Kiểm tra phần điều khiển.</p> <p>4. Kiểm tra nguồn khí.</p> <p>5. Kiểm tra hệ thống thải khí mê (nếu có)</p> <p>6. Kiểm tra hệ bình bốc hơi</p> <p>7. Kiểm tra van an toàn và bộ chỉnh lưu lượng</p> <p>8. Run System test (SYSTEM DIAGNOSTICS)</p> <p>9. Calibrate Flow sensor</p> <p>10. Calibrate O2 Sensor</p> <p>11. Leak/ Compl Test</p> <p>12. Safety Relief Vavel Test.</p> <p>13. Kiểm tra lại toàn bộ chức năng hoạt</p>	01 Máy	<p>Khoa Gây mê hồi sức</p> <p>Bệnh viện ĐKKV phía Nam</p>	

		động của máy. 14. Thay một số vật tư cho máy như bộ kít.			
--	--	---	--	--	--

Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam, kính mời các đơn vị, các công ty  
(Nhà thầu cung cấp) quan tâm cho báo giá gói thầu nêu trên./.

Trân trọng cảm ơn./.


*Nơi nhận:*

Như trên;

Tổ CNTT BV đăng tải,

Lưu VT, VT-TBYT.

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Văn Huỳnh**