

Số 279 /TM-BVPN

Đức Linh, ngày 06 tháng 3 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở mua sắm các thiết bị đo mẫu nước R.O cấp cho máy chạy thận hàng ngày, với các nội dung cụ thể dưới đây:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam

- Đ/c: Xã Nam chính huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

2. Thông tin liên hệ: CN Trần Cao Mười, phòng VT-TBYT, Sdt: 0363852537, hoặc KTV Nguyễn Minh Trung, phòng VT-TBYT, Sdt: 0377151103

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp báo giá tại: Văn thư phòng TC HC của Bệnh viện hoặc nhận qua email của bệnh viện: bvdkkvnb@sy.binhthuan.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 06 tháng 3 năm 2025 đến trước 17h ngày 18 tháng 3 năm 2025, Các báo giá nhận sau thời điểm sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 18/3/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Thiết bị trong bảng:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Số lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Máy đo Clo - Hàng mới: 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau Chứng nhận: ISO 9001:2015	- Chức năng: Đo chỉ tiêu Clo dư và Clo tổng trong nước - Thang đo: 0.00 đến 5.00 mg/L (ppm) - Độ phân giải: 0.01 mg/L - Độ chính xác: ± 0.03mg/l	01	Máy	Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam	
2	Máy đo tổng chất rắn hòa tan (TDS) - Hàng mới: 100%	- Thang đo: 0 – 1999ppm (mg/l) - Độ phân giải: 1 ppm	01	Máy		

	- Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Chứng nhận: ISO 9001:2015	- Độ chính xác: $\pm 2\%$ f.s				
3	Bộ kiểm tra độ cứng - Hàng mới: 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Chứng nhận: ISO 9001:2015	- Thang đo: 0 – 300 mg/l - Độ phân giải: 1 mg/l - Độ chính xác: $\pm 5\text{mg/l}$ ($\pm 4\%$)	01	Bộ		
4	Máy đo độ dẫn (EC) - Hàng mới: 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Chứng nhận: ISO 9001:2015	- Thang đo: 0 – 1999 $\mu\text{S/cm}$ - Độ phân giải: 1 $\mu\text{S/cm}$ - Độ chính xác: $\pm 2\%$ f.s	01	Máy		

Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam, kính mời các đơn vị, các công ty (Nhà thầu cung cấp) quan tâm cho báo các thiết bị đã nêu. Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

Như trên;

Tổ CNTT BV đăng tải,

Lưu VT, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Huỳnh