

Số 92 /TM-BVPN

Đức Linh, ngày 05 tháng 8 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo trì định kỳ máy chạy thận nhân tạo năm 2024-2025, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam

- Đ/c: Xã Nam chính huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

2. Thông tin liên hệ: Trần Cao Mười, phòng VT-TBYT, SĐT: 0363852537 hoặc ThS BS Hồ Phi Hồ Trưởng khoa Hồi sức tích cực (đơn nguyên thận nhân tạo) SĐT: 0918082129

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại: (Văn thư phòng TC HC) của Bệnh viện hoặc gửi qua email của bệnh viện: bvdkkvnb@sy.t.binhthuan.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 05 tháng 8 năm 2024 đến trước 17h ngày 15 tháng 8 năm 2024, (Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Thực hiện công việc bảo trì định kỳ máy chạy thận nhân tạo năm 2024, theo nội dung trong bảng dưới đây:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Máy chạy thận nhân tạo - Model: 4008S - Hãng sản xuất: Fresenius Medical Care - Nước sản xuất: Đức - SL: 05 máy	Bảo dưỡng định kỳ 3 tháng 1 lần (04 lần/năm).	1. Kiểm tra các thông số kỹ thuật, báo động và tính năng của máy, cập nhật lại các thông số cài đặt. 2. Tiến hành đo các thông số, chức năng bằng thiết bị đo ngoài. 3. Vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị. 4. Vệ sinh thông sạch		Khoa Hồi sức tích cực (đơn nguyên thận nhân tạo) Bệnh viện ĐKKV phía Nam	

		<p>các bộ lọc (Filter) của quạt, lọc thông khí.</p> <p>5. Test thử các phần mềm cài đặt trong máy.</p> <p>6. Kiểm tra theo dõi hoạt động của máy và các yếu tố khách quan khác tác động lên máy như: Nguồn điện, ổ cắm, môi trường- Điều chỉnh và khuyến cáo sử dụng khi phát hiện sự cố.</p> <p>7. Dự kiến các linh kiện cần thay thế (nếu có) do thiết bị sử dụng quá lâu hoặc do công năng quá lớn.</p> <p>8. Hướng dẫn vận hành sử dụng và bảo dưỡng thiết bị.</p> <p>9. Ngoài ra, khi có sự cố hư hỏng ngoài thời gian bảo trì, Công ty sẽ có mặt sau 48 giờ để khắc phục.</p> <p>10. Khi có yêu cầu cần thay thế linh kiện, thì phải đáp ứng kịp thời, giá cả sẽ được phù hợp trên thị trường.</p>		
--	--	--	--	--

Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam, kính mời các đơn vị, các công ty (Nhà thầu cung cấp dịch vụ) quan tâm cho báo giá gói thầu nêu trên./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

Như trên;

- Tổ CNTT BV đăng tải,

- Lưu VT, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Huỳnh